РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **003/2-251**

Весы лабораторные электронные CPA225D «SARTORIUS»		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3138	**27706651**	**37170-08**

Назначение: измерение массы

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **I специальный** Диапазон: **220 г.**	к. 146; (15 – 25) °С; RH не более 80 %

Результаты первичной поверки от 16.07.2012 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	КТ I	КТ I

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
122524-1143-241	16/07/12	КТ I сериальный
138541-938-241	22/07/13	НмПВ 0,001 г, НПВ 220 г, до 100 г d=0,00001г, св. 100 г d=0,0001г; от 0,001 до 50 г - Δ=±0,0005 г, св. 50 г до 200 г - Δ=±0,0010 г, св. 200 г до 220 г - Δ=±0,0015 г